

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 53/15 ЈНМВ

Деловодни број: 6443

Датум: 24. 08. 2015  
Београд

**ПРЕДМЕТ:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку "Контрола и еталонирање мерних, заштитних уређаја и Ех опреме" БРОЈ 53/15 ЈНМВ

Поштовани,

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), поступајући по захтеву понуђача који је преузео конкурсну документацију, прослеђујемо одговоре на питања за конкурсну документацију за јавну набавку "КОНТРОЛА И ЕТАЛОНИРАЊЕ МЕРНИХ, ЗАШТИТНИХ УРЕЂАЈА И ЕХ ОПРЕМЕ" БРОЈ 53/15 ЈНМВ.

**Питања:**

Поштовани,

Партија 4-Еталонирање сигурносних вентила, манометара и термометара:

**Питање 1:**

Спецификацијом нису обухваћени термометри, па не би требало ни називом партије..

**Одговор:**

Назив партије 4 је планиран много пре израде саме спецификације.

Потребно је понудити оно што је наведено у спецификацији.

**Питање 2:**

Чија је обавеза монтажа-демонтажа вентила сигурности и маноматера (Наручиоцас или извођача)?.

**Одговор:**

Обавеза је наручиоца

**Питање 3:**

Да ли ће сви вентили и манометри бити расположиви за рад у истом дану или се планира сукцесивно испитивање и у колико орјентационо етапа?.

**Одговор:**

Испитивање се планира у најмање две до три етапе.

Партија 2-Годишња контрола електричне мерно заштитне опреме:

**Питање 4:**

Који су температурни опсеги термостата? Да ли се тражи провера и испитивање њихових температурних или електричних карактеристика?

**Одговор:**

Температурни опсеги термостата су: (70°C – 130°C), (40°C – 110°C), (80°C – 160°C), (100°C – 180°C), Тражи се провера функционалне исправности.

**Питање 5:**

Досада није установљена акредитација за пресостате или термостате који су под тим називом покривени акредитацјом неке лабораторије. Да ли довољан доказ Сертификат о акредитацији који имају лабораторије акредитоване за испитивање мерила притиска или температуре? По ком стандарду су до сада вршена испитивања?

**Одговор:**

Довољан је Сертификат о акредитацији за испитивање мерила притиска или температуре. Директним поређењем са еталоном.

**Питање 6:**

Да ли се испитивања врше на лицу места или се мерна опрема испитује у лабораторији извођача?

**Одговор:**

Испитивања се врше код извођача.



Председник комисије  
Миле Дејановић